

	Catatan Hasil Kalibrasi Internal <i>Internal Calibration Note</i>		No. : F-PM-01-65
	Timbangan <i>Balance</i>		Rev. : 00
			Berlaku / Date : 03 September 2014

No. Fasilitas / Facility No. No. Kode Kalibrasi / Cal. Code Merek / Brand Tipe / Type No. seri / Serial Number Kapasitas / Capacity Lokasi dan Bidang / Location & Dept. No, Protap Cara Kalibrasi / SOP Kalibrator yang digunakan / Calibrator Tanggal Kalibrasi Kalibrator / Cal. Date of Calibrator Tanggal Rekalibrasi kalibrator / Recal. Date of Calibrator Suhu ruangan / Room Temp. Kelembaban ruangan / RH Nama Petugas / Name	Berat Anak Timbangan / Weights set	
	Standard (kg)	Range (kg)
	1. 50 2. 100 3. 150 4. 200 5. 250 6. 300 7. 350 8. 400 9. 450 10. 500	49.95 - 50.05 99.90 - 100.10 149.85 - 150.15 199.80 - 200.20 249.75 - 250.25 299.70 - 300.30 349.65 - 350.35 399.60 - 400.40 449.55 - 450.45 499.50 - 500.50

Tanggal / Date Rata-rata / Average Dalam batas Penyimpangan/ In range *) Rata-rata / Average Dalam batas Penyimpangan/ In range *)	Pembacaan pada / Reading :										Kesimpulan/ Conclusion Asst. Manager	Tandatangan / Signature Asst. Manager
	Berat Weight 1 Berat Weight 2 Berat Weight 3 Berat Weight 4 Berat Weight 5 Berat Weight 6 Berat Weight 7 Berat Weight 8 Berat Weight 9 Berat Weight 10											

Ket. / Note: *) Diisi Ya atau Tidak / Fill with Yes or No