




Instruksi Kerja		Nomor : QUC03-P225 rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul : Cara Pengoperasian HPLC Shimadzu Dengan Detector UV-Vis SPD-20A			
Tgl. Berlaku : 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan : 17 SEP 2027	Paraf: 	

A. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Asman Pengujian Produk		17 sep 2024
Diperiksa oleh	Manager Pengujian Produk dan Mikrobiologi		17 sep 2024
	Manager Pengujian Bahan dan IPC		17 sep 2024
Disetujui oleh	General Manager Quality Control		17 sep 2024
	General Manager Quality Assurance		17 sep 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh : GM Quality Control		Tanda tangan :	Tanggal :
Disahkan oleh : GM Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan			
Tanggal dokumen tidak berlaku			

Instruksi Kerja	Nomor : QUC03-P225 rev 00		 indofarma Member of Biofarma Group
Judul : Cara Pengoperasian HPLC Shimadzu Dengan Detector UV-Vis SPD-20A			
Tgl. Berlaku : 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan : 17 SEP 2027	Paraf: 	

1 Tujuan

Agar setiap pemakai menggunakan cara yang benar, sehingga didapatkan hasil analisis yang akurat dan kerusakan alat karena salah pengoperasian dapat dihindari.

2 Cakupan

Instruksi kerja ini sebagai panduan untuk melakukan pengoperasian alat **HPLC Shimadzu Dengan Detector UV-Vis SPD-20A di Laboratorium Divisi Quality Control.**

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman Pengujian Produk.

4 Alat

HPLC Shimadzu Dengan Detector UV-Vis SPD-20A.

5 Prosedur**5.1 Startup – Conditioning**

5.1.1 Pastikan UPS sudah dinyalakan

5.1.2 Tekan tombol ON/OFF pada masing-masing modul mulai dari CTO-40S, SIL-20ACHT, SPD-20A, LC-20AD dan CBM-20A

a. Pastikan Lampu pada DGU-20A5R berwarna hijau


b. Pastikan lampu **Remote** pada masing-masing modul sudah menyala

5.1.3 Pada Komputer/PC double klik icon LabSolution membuka aplikasi




untuk

5.1.4 Akan terbuka tampilan seperti berikut :



Instruksi Kerja	Nomor : QUC03-P225 rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul : Cara Pengoperasian HPLC Shimadzu Dengan Detector UV-Vis SPD-20A		
Tgl. Berlaku : 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan : 17 SEP 2027	

- 5.1.5 Pilih project yang akan digunakan dengan cara klik **Select Project**, pilih project kemudian klik **OK**
- 5.1.6 Klik **Instrument** pada **Assistant Bar**
- 5.1.7 Double klik pada instrument yang akan digunakan
- 5.1.8 Akan terbuka tampilan seperti berikut :



- 5.1.9 Pastikan status pada LC tidak **Not Connected**
 - a. Jika hal tersebut terjadi pastikan Kabel LAN yang terpasang tidak longgar
 - b. Pastikan IP Address computer tidak dirubah
 - c. Jika masih tidak bisa, konsultasikan dengan teknisi yang tersedia
- 5.1.10 Klik **File** pada toolbar, kemudian pilih **Open Method File**
- 5.1.11 Pilih method yang akan digunakan, kemudian klik **Open**
- 5.1.12 Pastikan Fase gerak sudah disiapkan dan tubing/line sudah disesuaikan
- 5.1.13 Klik **Download and Close**
- 5.1.14 Klik **Instrument ON** pada **Instrument parameter**

Instruksi Kerja	Nomor : QUC03-P225 rev 00		 indofarma Member of Biofarma Group
Judul : Cara Pengoperasian HPLC Shimadzu Dengan Detector UV-Vis SPD-20A			
Tgl. Berlaku : 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan : 17 SEP 2027	Paraf: 	

5.2 Realtime Batch/Sequence

- 5.2.1 Klik **Main** pada **Assistant Bar**
- 5.2.2 Klik **Realtime Batch** pada **Assistant Bar**
- 5.2.3 Klik **File** pada toolbar, kemudian pilih **New Batch File**
- 5.2.4 Isi **No Vial**, **Tray Name**, **Sample Name**, **Sample ID**, **Sample Type**, **Method File**, **Data File & Inject Volume**
 - a. Jika ingin menambahkan row, klik kanan pada table kemudian pilih **Add Row**
 - b. Jika ingin men-series-kan nama/data yang sudah di isi, klik kanan pada nama/data kemudian pilih **Fill Series**
- 5.2.5 Klik **File** pada toolbar, kemudian pilih **Save Batch File...**
- 5.2.6 Isi nama batch, kemudian klik **Save**
- 5.2.7 Untuk menjalankan **Batch/Sequence**, klik **Start Realtime Batch** pada **Assistant Bar**

5.3 Autosutdown

- 5.3.1 Klik **Instrument** pada **Toolbar**, kemudian klik **Shutdown**
- 5.3.2 Pilih metode **Shutdown**
- 5.3.3 Atur waktu **Cooling down** (5-10 menit)
- 5.3.4 Klik **OK**, Shutdown akan masuk ke antrian **Batch Queue**

5.4 Membuat Methode

- 5.4.1 Pada Komputer/PC double klik icon LabSolution




LabSolutions untuk

membuka aplikasi

Instruksi Kerja		Nomor : QUC03-P225 rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul : Cara Pengoperasian HPLC Shimadzu Dengan Detector UV-Vis SPD-20A			
Tgl. Berlaku : 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan : 17 SEP 2027	Paraf: 	


5.4.2 Akan terbuka tampilan seperti berikut :



5.4.3 Pilih project yang akan digunakan dengan cara klik **Select Project**, pilih project kemudian klik **OK**


5.4.4 Klik **Instrument** pada **Assistant Bar**

5.4.5 Klik kanan pada instrument yang akan digunakan, kemudian klik **Offline Editor**



Instruksi Kerja	Nomor : QUC03-P225 rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul : Cara Pengoperasian HPLC Shimadzu Dengan Detector UV-Vis SPD-20A		
Tgl. Berlaku : 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan : 17 SEP 2027	

5.4.6 Akan terbuka tampilan seperti berikut :



5.4.7 Klik **Advance** untuk memunculkan menu **Advance**

5.4.8 **Data Acquisition Tab**

- Isi LC Stop Time (Runtime)
- Klik **Apply to all acquisition time**

5.4.9 **LC Time Program Tab**

- Menu ini untuk mengatur time program (Lihat pada **Cara Mengatur LC Time Program**)

5.4.10 **Pump Tab**

- Pada mode pilih **Isokratik** atau **Gradient**
- Atur Flow
- Atur Konsentrasi gradient yang digunakan
- Atur **Pressure Limit (350kgf/cm)**

5.4.11 **Detector A Tab (UV-Vis)**

- Atur Lampu yang digunakan (D2)
- Isikan panjang gelombang yang akan digunakan

5.4.12 **Column Oven Tab**

- Isi Temperature oven yang akan digunakan

5.4.13 **Controller Tab**

- Biarkan default

Instruksi Kerja		Nomor : QUC03-P225 rev 00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul : Cara Pengoperasian HPLC Shimadzu Dengan Detector UV-Vis SPD-20A			
Tgl. Berlaku : 17 SEP 2024	Tgl. Peninjauan : 17 SEP 2027	Paraf : 	

5.4.14 Autosampler Tab

- Biarkan default, kecuali jika ingin mengatur mode **Rinse**

5.4.15 Autopurge Tab

- Isi urutan Line mana yang akan di purge
- Kemudian isi waktu berapa lama purge akan dilakukan

5.4.16 Klik **File** pada **Toolbar**, kemudian pilih **Save Method File**

5.4.17 Tulis nama Method kemudian pilih **Save**

5.5 Purging

5.5.1 Ikuti **Startup – Conditioning** hingga no.14

5.5.2 Buka **Drain Valve**

5.5.3 Klik icon **Autopurge**

5.5.4 Tunggu hingga selesai

5.5.5 Tutup **Drain Valve**

5.5.6 Lanjutkan sesuai **Startup – Conditioning** dari no.15 hingga selesai

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	17 SEP 2024	Dokumen terbitan pertama

7 Tinjauan ulang

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika diperlukan) oleh General Manager Quality Control dan General Manager Quality Assurance.

8 Distribusi

Laboratorium Divisi Quality Control.